

产品手册

H_IL-7 Reporter Cell Line

H_IL-7 Reporter 细胞系

For research use only!

本品仅供科研使用，严禁用于治疗！

版本号：V2.9.2

目录

一、	产品基本信息及组分.....	3
二、	包装、运输及储存.....	3
三、	产品描述.....	4
四、	材料准备.....	5
1.	细胞培养、冻存、复苏试剂准备.....	5
2.	试剂耗材准备.....	5
五、	细胞复苏、传代、冻存.....	6
1.	细胞复苏.....	6
2.	细胞传代（以 10 cm 皿为例）.....	6
3.	细胞冻存.....	6
六、	使用方法.....	7
1.	激活验证实验.....	7
1)	加样步骤.....	7
2)	报告基因检测.....	8
3)	验证结果.....	8
附录 1	流式验证结果.....	9
附录 2	稳定性验证结果.....	10
使用许可协议:	11

一、产品基本信息及组分

基本信息

产品编号	产品名称	规格
GM-C30922	H_IL-7 Reporter Cell Line	2E6 Cells/mL

组成成分

产品编号	产品名称	规格	数量	储存
GM-C30922	H_IL-7 Reporter Cell Line	2E6 Cells/mL	1 管	-196°C

二、包装、运输及储存

1. 细胞系产品干冰运输，-196°C 以下（冰箱或液氮的气相）长期储存。
2. 接触产品请带手套。请收到产品立即确认产品是否为冻存状态，-196°C 以下（冰箱或液氮的气相）长期储存。
3. 本产品相关 Assay，应在二级生物安全实验室或生物安全柜中进行。

三、 产品描述

白细胞介素-7 (IL-7) 是 T 和 B 淋巴细胞发育和稳态维持的必需细胞因子。IL-7 与其受体 IL7R 和 IL2RG 的异源二聚体结合，激活调节淋巴细胞存活，葡萄糖摄取，增殖和分化的多种途径。白细胞介素-7 受体亚单位 alpha (IL7Ra) 又称 CD 抗原 CD127，属于 I 型细胞因子受体家族和 4 型细胞因子受体家族。IL7Ra /CD127 包含 1 个纤维连接蛋白 iii 型结构域。IL7Ra /CD127 在多种细胞类型上表达，包括幼稚 T 细胞和记忆 T 细胞等。IL7Ra /CD127 是白细胞介素-7 的受体，同时也是胸腺基质淋巴细胞生成素(TSLP)的受体。

吉满生物 H_IL-7 Reporter Cell Line 细胞系是基于 IL-7 蛋白作为激动剂的一种 Luciferase 报告基因细胞系。当 IL-7 蛋白与受体结合，激活信号通路，从而激活荧光素酶 (Luciferase) 的表达，Luciferase 读值即代表信号通路的激活效果。可用于受体相关药物的体外评价效果。




Fig 1.原理示意图

四、 材料准备

1. 细胞培养、冻存、复苏试剂准备

细胞复苏培养基:	DMEM+10% FBS+1% P.S
细胞生长培养基:	DMEM+10% FBS+1% P.S+4 $\mu\text{g/mL}$ Blasticidin+0.75 $\mu\text{g/mL}$ Puromycin+150 $\mu\text{g/mL}$ Zeocin
细胞冻存液:	90% FBS+10% DMSO
Assay Buffer:	DMEM+1% FBS+1% P.S

2. 试剂耗材准备

试剂准备

Reagent	Specification	Manufacturer/Catalogue No.
Blasticidin	10 mg	Genomeditech/GM-040404-1
Puromycin	25 mg	Genomeditech/GM-040401-1
Zeocin	100 mg	Genomeditech/GM-040407-100MG
Pen/Strep	100 mL	Thermo/15140-122
Fetal Bovine Serum	500 mL	Cegrogen/A0500-3010
DMEM	500 mL	gibco/ C11995500BT/8122062
96 Well Clear V-Bottom Tissue Culture	96-well	Corning/3894
96 well round well culture plate	96-well	NEST/701001
96 well White Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate	96-well	Corning/3912
GMOne-Step Luciferase Reporter Gene Assay Kit	1000T	Genomeditech/GM-040503C
Recombinant Human IL-7 (C-6His)	/	novoprotein/CX47
Anti-IL7Ra(4A)hIgG1 Antibody(4A10)	/	Genomeditech/GM-52274AB
Anti-CD132(IL2RG) hIgG4 Antibody(REGN7257)	/	Genomeditech/GM-52334AB

重要仪器

Equipment	Manufacturer/Catalogue No.
细胞计数仪	ThermoFisher Scientific/Countess 3
酶标仪	Moleculardevices/SpectraMax L

五、 细胞复苏、传代、冻存

1. 细胞复苏

- 37°C水浴锅预热复苏培养基,加入预热后的复苏培养基 5 mL 至 15 mL 离心管。
- 从液氮中取出冻存细胞并迅速放入 37°C恒温水浴锅,将细胞液面浸至水面以下轻轻摇动解冻,直到刚刚融化(通常 2-3 分钟)。
- 用 70%乙醇擦拭冻存管外部以降低污染的几率。在生物安全柜或超净台中将冻存管中的细胞悬液转移到步骤 a) 的离心管中,轻轻混匀,176 × g,离心 3 min,使细胞沉淀,弃上清。
- 使用 1 mL 复苏培养基重悬,可取出部分使用台盼蓝染色计数活细胞,活细胞 $\geq 3 \times 10^6$ cells/mL。
- 通过补加复苏培养基的形式,调整活细胞密度到 2-3 $\times 10^5$ cells/mL,根据细胞悬液总体积,将细胞接种到合适的培养皿中。

3. 细胞冻存

- 使用 176 × g, 3 min 离心收集细胞。
- 使用预冷细胞冻存液(90% FBS + 10% DMSO)重悬细胞,细胞密度调整为 5×10^6 cells/mL,每管 1 mL 分装到细胞冻存管中。
- 拧紧盖子,适当标记后,将冻存管置于梯度降温盒中,-80°C下保存至少 1 天,尽快转移至液氮中。

2. 细胞传代(以 10 cm 皿为例)

注:细胞复苏后的 1 至 2 代,使用复苏培养基,待细胞状态稳定后开始细胞维持和繁殖,再更换为含有抗生素的生长培养基。

- 细胞为上皮细胞,贴壁生长。培养箱中孵育 16-24 h 后,镜下观察细胞贴壁情况,当细胞密度大于 80%,即可进行细胞传代。推荐细胞传代比例为 1:3-1:4, 2-3 天传代。
- 将皿或培养瓶中的培养液弃去,10 cm 皿加 2 mL PBS 润洗 1 次。
- 弃 PBS,加 1 mL 0.25% Trypsin-EDTA 消化液,37°C 消化 30-60 s,显微镜下观察。
- 待细胞变圆,细胞间隙明显,部分细胞刚开始脱离瓶壁时,加 2 mL 左右生长培养基混匀终止消化,将细胞小心吹打下来,176 × g 室温离心 3 min。
- 弃上清,细胞沉淀用生长培养基重悬,根据传代前细胞密度分盘(根据培养皿面积和细胞密度计算,传代后细胞密度为 30-40%)。

注意事项:

细胞刚复苏,死细胞较多,属于正常现象,经调整会有明显好转,状态稳定后,传代后死细胞会变少,细胞生长速度趋于稳定。

六、使用方法

1. 激活验证实验

操作步骤可调整优化，对于本实验，推荐 H_IL-7 Reporter Cell Line 细胞量为 1.5×10^4 cells/孔。本次实验使用 Recombinant Human IL-7 (C-6His) (18.4 kDa) 作为阳性药物，Conc.01 终浓度为 $1 \mu\text{g/mL}$ ，4 倍梯度稀释，Conc.01-Conc.08 分别排布在 B2-B9，B10 为 0 浓度对照。周围孔加入 $100 \mu\text{L}$ PBS，以防止边孔蒸发。

孔板排布如下：

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS
B	H_IL-7	1 $\mu\text{g/mL}$	250 ng/mL	62.5 ng/mL	15.63 ng/mL	3.91 ng/mL	976.56 pg/mL	244.14 pg/mL	61.04 pg/mL	0	PBS	
C	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS
D												
E												
F												
G												
H												

1) 加样步骤

- 在实验前 16-24 h，将细胞从培养瓶中取出，消化离心收集细胞沉淀，使用适量完全培养基重悬细胞，检测细胞活力并计数，再以完全培养基调整细胞浓度为 1.5×10^5 cells/mL。以排枪加 $100 \mu\text{L}$ 细胞/孔至中间孔。周围的孔加 $100 \mu\text{L}$ PBS。盖上报盖，于孵箱中孵育过夜使用。
- 使用 1 个无菌 96 孔 V 底板准备药物稀释。
- 每个待测抗体，使用一行（如 B2-B11）。
- 准备母液

抗体名称	储液	母液	配置方法
H_IL-7	0.1 mg/mL	/	直接使用储液

- 96 孔 V 底板中，加入 Assay Buffer，各孔体积见下表，如 B2 孔加入 $145.2 \mu\text{L}$ Assay Buffer，B3-B10 孔，加入 $110 \mu\text{L}$ Assay Buffer。

- f) 吸取不同体积的待测样品母液，加入到第一个梯度稀释孔中（如 B2 中加入 1.47 μL H_IL-7），混匀。

母液吸取		梯度稀释孔，依次从前孔吸取 36.67 μL ，加入次孔									对照组	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A												
B	1.47 μL H_IL-7	加入	145.2 μL	110 μL	110 μL	110 μL	110 μL	110 μL	110 μL	110 μL		
C												
D												
E												
F												
G												
H												

- g) 从第一个梯度稀释孔 B2 中吸取 36.67 μL ，加入到第二个梯度稀释孔 B3，充分混匀。
- h) 以此类推，直至第 8 个梯度稀释孔（B9）。
- i) 将步骤 a 孵育过夜的孔板取出，吸弃 100 μL 上清。
- j) 加入梯度稀释好的药物，100 μL 每孔。
- k) 盖上班盖，于 37°C CO₂ 培养箱中培养 6 h。
- l) 使用 GMPOne-Step 报告基因检测试剂盒，检测 Luciferase。

2) 报告基因检测

参考报告基因检测说明书。

H_IL-7 Reporter Cell Line	0 $\mu\text{g/mL}$	1 $\mu\text{g/mL}$	61.04 $\mu\text{g/mL}$
	173658	12882815	193248

3) 验证结果




Fig 2.验证结果

（右图对药物进行质量浓度和摩尔浓度的换算后绘制）

附录 1 流式验证结果




Fig 3. H_IL-7 Reporter Cell Line (Genomeditech / GM-C30922) 使用: Anti-IL7Ra hIgG1 Antibody(4A10) (Genomeditech / GM-52274AB) 抗体流式验证结果




Fig 4. H_IL-7 Reporter Cell Line (Genomeditech / GM-C30922) 使用: Anti-CD132(IL2RG) hIgG4 Antibody(REGN7257) (Genomeditech / GM-52334AB) 抗体流式验证结果

附录 2 稳定性验证结果




Fig 3. H_IL-7 Reporter Cell Line (Genomeditech / GM-C30922) 使用: Recombinant Human IL-7 (C-6His) 进行稳定性验证结果

使用许可协议:

吉满生物将其许可材料的所有知识产权，独占的、不可转让的和不可发放分许可的权利授予给被许可人；吉满生物将保留许可材料、细胞系历史包、子代、包括修改材料中许可材料的所有权。

在吉满生物和被许可方之间，被许可方不允许以任何方式修改细胞系。被许可方不得分享、分发、出售、再授权或以其他方式将被许可材料、子代提供给其它实验室、部门、研究机构、医院、大学或生物技术公司等第三方非基于外包被许可人的研究目的而使用。

详情请参考吉满细胞系授权协议。

Genomeditech